



ZP – 3/2010

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW TECHNICZNYCH DO PAKIETU NR 1 I PAKIETU NR 3 DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ WYPASAŻENIA LABORATORIUM ANATOMICZNEGO, SALI MEDYCZNO-HIGIENICZNEJ ORAZ SALI PROPEDEUTYKI STOMATOLOGICZNEJ W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ W ELBLĄGU W PODZIALE NA PAKIETY

PAKIET 1 – Modele, plansze i programy komputerowe anatomiczne.

Pytania:

1. Czy modele o innych wymiarach i większym powiększeniu, ale posiadające podobne wartości merytoryczne, modele równoważne, zostaną dopuszczone jako spełniający warunek SIWZ, czy oferta będzie w takim przypadku nieważna?
2. W punkcie 24 Formularza cenowego (Zał. 2.1) wymagacie Państwo zaoferowania ;”Model mięśni człowieka, 33 części”, a w jego opisie w Zał 3.1 napisaliście Państwo „Model ma być rozkładany na 33 części aby przedstawić podstawowe relacje morfologiczne ciała ludzkiego. Model na podstawie. Wykonany z tworzywa sztucznego. P_arametry 62x24x14 Waga 4-5 kg” Z naszych informacji wynika że ten model może być 33 częściowy ale będzie miał inne wymiary, a jeżeli ma mieć te wymiary które podano to nie będzie spełniał wymogów opisowych czynnościowo i nie będzie 33 części a kilku częściowy. Który model spełni warunki SIWZ 33 czy kilku częściowy?
3. W punktach 45,46,47,48 i 49 wymagacie Państwo programów komputerowych do nauki anatomii. W opisie wymaganych parametrów Państwo wymagacie „Program dostępny w językach: Polskim,”Na stronie internetowej Producenta widnieje następujący opis w każdym z tych programów: (5 wersji językowych. Angielska, Francuska, Hiszpańska, Portugalska, Niemiecka, (łacina) Jeżeli producent nie daje dystrybutorom praw autorskich do zmiany swojego produktu, jak możemy zaoferować polską wersję językową, spełniającą wymogi SIWZ?
4. W punkcie 48 wymagacie Państwo „Program komputerowy – narzędzie wykładowcze na płycie DVD do przygotowania i przeprowadzenia wykładów z neuro anatomii” Jest to program z licencją na 1 –o lub 15-ie stanowisk. Która wersja spełni wymogi SIWZ?
5. W punktach 28 do 41 wymagane są plansze anatomiczne. Czy zaoferować należy Państwu, wszystkie plansze w języku angielskim, czy też te z nich które są w polskiej wersji językowej, Życie sobie Państwo po polsku?

PAKIET 2 – Sprzęt dydaktyczny – mikroskopy, kamera mikroskopowa, wizualizer.

Pytania:

1. Czy dopuszcza się w punkcie 1
– oświetlenie LED
- w wymaganiach pominięto obiektyw 100x niezbędny do obserwacji bakterii lub mikroorganizmów wodnych. Czy mikroskop musi mieć możliwość rozszerzenia obserwacji o inne techniki obserwacji np. prostą polaryzację, ciemne pole lub kontrast fazowy. I czy w tym przypadku dostawca powinien potwierdzić tę możliwość stosownymi oryginalnymi kartami



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

katalogowymi producenta?

2. Czy w pkt. 3 dopuszcza się

- zamiast samej kamery zaferowanie równoważnego, ale lepszego zestawu, składającego się z kamery mikroskopowej USB, którą można zamontować zarówno na mikroskopie biologicznym jak i stereoskopowym, i mikroskopu podręcznego USB podłączanego bezpośrednio do komputera. – jako produkt lepszy – zaferowanie kamery mikroskopowej USB, która jest lepsza i nowocześniejsza w stosunku do kamery TV.

Odpowiedzi na pytania do pakiet nr 1:

Odp. 1 Modele o większym powiększeniu niż podane w warunkach technicznych, a także o większych parametrach, modele równoważne zostaną dopuszczone jako spełniające warunek, oferta nie zostanie odrzucona. Podane warunki techniczne stanowią minimum które należy spełnić, a podane parametry dotyczące wielkości są przykładowe.

Odp. 2 Warunki SIWZ spełni model 33 częściowy.

Odp. 3 Jeżeli producent nie daje dystrybutorom praw autorskich do zmiany swojego produktu i nie ma wersji językowej polskiej w podanych w pytaniu programach komputerowych do nauki anatomii, Zamawiający przyjmuje inne wersje językowe zawierające przede wszystkim wersję w języku angielskim. Warunek ten będzie spełniał wymogi SIWZ.

Odp. 4 Wymogi spełni już wersja 1 stanowiskowa programu. Program na jedno stanowisko komputerowe.

Odp. 5 Plansze anatomiczne wymienione w punktach od 28 do 41, jeżeli są w wersji językowej polskiej Zamawiający chce w wersji językowej polskiej. Te z plansz anatomicznych, których w wersji językowej polskiej nie ma, Zamawiający prosi o wersję językową angielską.

Odpowiedzi do pakietu nr 2:

Odp. 1

- Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED

- W wymaganiach specjalnie pominięto obiektyw 100x – dla Zamawiającego jest on zbędny.

- mikroskop nie musi mieć możliwość rozszerzania obserwacji o inne techniki obserwacji. Zamawiający nie podawał tego warunku w parametrach.

Odp. 2

- Można zaferować lepszy sprzęt (dotyczy kamery mikroskopowej, pod warunkiem, że zaferowana kamera będzie spełniała również warunki które spełnia kamera TV opisana w specyfikacji (wszystkie wymagania podane w zał 3.2)